

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Części nr 7, 9, 12 i 13

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 1-2**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dobrze przylegające o anatomicznym kształcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową i-gel?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach:

- Wykonana z medycznego silikonu
- Przezroczysta
- Delikatny mankiet
- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie
- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie
- Pozbawiona DEHP
- Możliwość stosowania w MRI
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Delikatny mankiet
- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie
- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie
- Barwny kod rozmiarów
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 6**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 8**

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 9**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych powyżej 40kg, z jedną maską dla dorosłych w rozmiarze 5, z workiem z chropowatą, antypoślizgową strukturą zapewniającą pewnych chwyt (bez konieczności używania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 10**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci o wadze 10-40kg, z jedną maską dla dzieci w rozmiarze 2, z workiem z chropowatą, antypoślizgową strukturą zapewniającą pewnych chwyt (bez konieczności używania dodatkowego zabezpieczenia w postaci paska)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 11**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla niemowląt o wadze poniżej 10kg, z jedną maską w rozmiarze 1, rezerwuarem 1600ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 12**

Czy Zamawiający dopuści rurki z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 7, pozycja nr 13**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o zakresie długości 255 - 340mm, w zależności od rozmiaru, zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści koreczki w opakowaniu a'100, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koreczki w opakowaniach po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w celu zapewnienia wymaganej liczby sztuk.

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę linii do pomiaru EtCO₂ na sztuki, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę linii do pomiaru EtCO₂ w przeliczeniu na sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości w celu zapewnienia wymaganej liczby sztuk.

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez zatyczki, o długości w zakresie 800-1250mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki w rozmiarach Ch6-22 wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki (CH24 bez zatyczki), o długości w zakresie 800-1000mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 11**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania wyposażony w dwa otwory boczne naprzemianległe, w rozmiarach Ch6-Ch20 (co 2), w opakowaniu foliowym, opakowanie zbiorcze 100 szt. (z przeliczeniem ilości)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 12**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z możliwością stosowania do 28dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 13-14**

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane sterylnie w podwójne opakowanie: wewnątrz opakowanie foliowe i zewnątrz opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

- **Zadanie nr 9, pozycja nr 16**

Czy Zamawiający dopuści worki niebędące wyrobem medycznym, na stawce VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków niebędących wyrobami medycznymi.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania właściwej stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- **Zadanie nr 12, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 43ml
- Waga: 32g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 31mg przy Vt500
- Oporność: 1,1hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M


Qy

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytanie dotyczy części nr 13, a nie części nr 12.

Zamawiający dopuszcza wskazany filtr oddechowy w części nr 13.

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Zdrowia POWMED
w Pruszczu Gdańskim

Oliwia Kondrat