

## Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Części nr 11

- Zwracamy się z prośbą o podanie ilości asortymentu jakie zamawiający wymaga dla pakietu nr 11

### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że wymagana ilość asortymentu wynosi:**

- **Poz. 1 – 5 opakowań.**
  - **Poz. 2 – 2 opakowania.**
- 
- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w kolorze zielonym?

### Odpowiedź:

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa w kolorze zielonym.**

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgrzewalności w pk.9 w zakresie 150-200°C

### Odpowiedź:

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa o zgrzewalności w zakresie temperatur 150–200°C.**

DYREKTOR  
Powiatowe Centrum Zdrowia POWMED  
w Pruszkach Gdańskim  
  
Oliwia Kondrat